



# CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

## Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N. **0523ISP REV. 000**  
ACCREDITATION N.

EMESSO DA **DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE**  
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE **LABORATORIO METROLOGICO LCD**  
WE DECLARE THAT **S.r.l.**

**Cutino Divisione OdI**

SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:  
▪ Via Generale Nastro, 23 84084 - Fisciano (SA) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012**  
DELLA NORMA

MEETS THE REQUIREMENTS **ISO/IEC 17020:2012**  
OF THE STANDARD

QUALE ORGANISMO DI **Ispezione**  
AS BODY FOR THE **Inspection**  
(così come dettagliato negli Allegati al presente Certificato)  
(as stated in the Annexes to this Certificate)

Data di 1<sup>a</sup> emissione  
1<sup>st</sup> issue date  
**16-12-2022**

Data di revisione  
Review date  
**01-01-2023**

L'accreditamento attesta la competenza, l'imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell'Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato negli allegati al presente certificato di accreditamento.

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempimento accertata da parte di ACCREDIA.

La validità dell'accreditamento può essere verificata sul sito WEB ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB.

La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente Comitato Settoriale di Accreditamento. L'atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it), sezione 'Documenti'. ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.

*The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the attached annex(es).*

*This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfilment as ascertained by ACCREDIA.*

*Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) or by contacting the relevant Department. The QRcode links directly to the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB.*

*The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of ACCREDIA, can be downloaded from the website [www.accredia.it](http://www.accredia.it), 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.*

MD-17-DC Rev. 04

Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0523ISP  
*Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0523ISP*

RILASCIATO A  
*ISSUED TO* **LABORATORIO METROLOGICO LCD S.r.l.**

**Cutino Divisione OdI**

REVISIONE **000** DATA DI REVISIONE **01-01-2023** DATA DI SCADENZA **15-12-2026**  
*REVISION* *REVIEW DATE* *EXPIRY DATE*

**Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:**

Verificazione periodica di:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) Classe I con portata massima fino a 1 kg;
  - strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) Classe II con portata massima fino a 5 kg;
  - strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) Classe III<sub>0e</sub> e IIII con portata massima fino a 100.000 kg;
  - strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI), selezionatrici ponderali, classe di accuratezza XIII – XIII<sub>1</sub>, X(x) e Y(a) – Y(b), con portata massima fino a 30 kg;
- ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

**Inspection of Type C in the following sectors:**

Subsequent verification of:

- non-automatic weighing instruments – NAWI – class I with maximum capacity up to 1 kg;
  - non-automatic weighing instruments – NAWI – class II with maximum capacity up to 5 kg;
  - non-automatic weighing instruments – NAWI – classes III and IIII - with maximum capacity up to 100.000 kg;
  - automatic weighing instruments – AWI – Automatic catchweighers - accuracy classes XIII(x), XIII<sub>1</sub>(x), X(x) Y(a) and Y(b) with maximum capacity up to 30 kg;
- in accordance with the National Decree n. 93/2017.